CONTOUR®NEXT ONE

Umijte roke s toplo vodo in milom ter jih osušite.

Z napravo za zbadanje Microlet®NEXT se zbodite v prst.

V odprtino na merilniku vstavite testni listič CONTOUR®NEXT.

Z vrhom testnega lističa se dotaknite kapljice krvi (0,6 µL).

Izmerjena vrednost se po 5 sekundah prikaže na zaslonu.

* Kratka navodila ne nadomeščajo navodil za uporabo, ki so priložena merilniku.

Video navodila za uporabo:
YouTube: Zaloker Zaloker

ZALOKER & ZALOKER
Kajuhova ulica 9, Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si
www.sladkorna.si, 080 18 80

Merilnik
CONTOUR®NEXT ONE
uporablja testne lističe
CONTOUR®NEXT.

Februar 2020